



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
 Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληροφορίες: Ξυδάκη Ελένη
 Τηλ.: 22753-50222
 Φαξ: 22750-22477
 Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρία
 Τ.Κ 83300
 Email: gnikarias.supplies@gmail.com
 Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.gnikarias.org
 ΑΦΜ: 800056300, Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ

Ικαρία : 28-05-2021

Αρ. πρωτ: 3352

Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμού ΕΣΗΔΗΣ: 126964

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/2021

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 126964

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 33141620-2), για το έργο «Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για το Γ.Ν.-Υ. Ικαρίας» προϋπολογισμού 140.500,00€ (Εκατόν σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ για τις ανάγκες του Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας, επιχορήγηση από το Π.Δ.Ε. 2018 Υπουργείου Υγείας , σε βάρος του ΚΑΕ 9349 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-06-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.	Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	140.500,00 € με Φ.Π.Α. 24 %	
CPV	33141620-2	

Έχοντας υπόψη:**A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3. Του Ν.2741/1999(ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
4. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
5. Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
6. Του Ν.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
7. Του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
8. Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
9. Του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
10. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010».
12. Του Ν. 3846/2010 (Α'66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
13. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112^Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».
14. Του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989/(L395) της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

15. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
16. Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
17. Του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της εθνικής οικονομίας».
18. Του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
19. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
20. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα σχετικά με:

1. Της υπ' αρ. Γ4β/Γ.Π οικ.118/02-01-2020 Απόφασης του Υπουργού Υγείας για διορισμό του κ. Στεφανή Νικολάου του Αριστόδημου ως κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας ΦΕΚ 3/07-01-2020 τ. ΥΟΔΔ.
2. Της υπ' αρ. πρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1115/13-01-2020 Απόφασης του Υπουργού Υγείας για διορισμό του κ. Γλαρού Γεωργίου του Νικολάου(ΦΕΚ10/ ΥΟΔΔ) ως Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας.
3. Της υπ' αρ. 05/21-01-2020 πράξης του κοινού Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Αγ. Παντελεήμων» - Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αν. Διοικητή του Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας.
4. Την με αρ.πρωτ: Γ4β/Γ.Π. 4393/31-03-2020 (ΦΕΚ 231/ Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με τη συγκρότηση και ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων α)Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Αγ. Παντελεήμων» και β) Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ικαρίας, αρμοδιότητας 2^ηΥ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, με διόρθωση το ΦΕΚ 308/22-04-2020 Υ.Ο.Δ.Δ.)
5. Την με αρ. πρωτ. 32832/21.03.18 (ΑΔΑ: ΩΙΕΚ465Χ18-ΩΔΗ) εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
6. Την με αρ. πρωτ. Α4α/Γ.Π.23306/29-05-2018 (ΑΔΑ:65ΟΜ465ΦΥΟ-ΓΤΘ) Έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας.

7. Την προέγκριση της ΣΑΕ 091 του Υπουργείου Υγείας με ΑΡ.ΠΡΩΤ.74207 /06.07.2018 και ΑΔΑ:6ΧΑ8465ΧΙ8-27Χ.
8. Την με αρ. πρωτ: Γ.Π. Β3β ΟΙΚ.54609/13.07.18 (ΑΔΑ:ΨΨΑ2465ΦΥΟ-ΒΩΙ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί ορισμού του Γενικού Νοσοκομείου –Κέντρου Υγείας Ικαρίας ως διαχειριστή του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο με τίτλο «*Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας*» με συνολική δημόσια δαπάνη προϋπολογισμού 266.293,36 της ΣΑΕ 091.
9. Την Απόφαση του κοινού Δ.Σ. των διασυνδεδόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, 1^η Συνεδρίαση (θέμα 13^ο)/20-01-2021 σχετικά με τον ορισμό της επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το έργο με τίτλο «*Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας*». ΑΔΑ: ΕΔΒ746907Ξ-9Α4
10. Το με αρ.πρωτ: 1723/ 19-03-2021 πρακτικό της επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το έργο με τίτλο «*Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας*» .
11. Την Απόφαση της 8ης/23-03-2021 (θέμα 26^ο) Συνεδρίασης του κοινού Δ.Σ. των διασυνδεδόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, ΑΔΑ: Ω5ΠΚ46907Ξ-9Σ8 που αφορά την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το έργο με τίτλο «*Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας*» .
12. Τις με αρ. πρωτ. 2495/19-04-2021 τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το έργο με τίτλο «*Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας*» οι οποίες προέκυψαν κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης.
13. Την με αριθ. 2055/01-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης (ΑΔΑ:9Ζ04469Η8Κ-ΙΩΡ) και ΑΔΑΜ: 21REQ008557920.
14. Την Απόφαση της 10ης/21-04-2021 (θέμα 18^ο) Συνεδρίασης του κοινού Δ.Σ. των διασυνδεδόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, (ΑΔΑ: 977^ο46907Ξ-Σ9Θ και ΑΔΑΜ:21REQ008557863) που αφορά την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το έργο με τίτλο «*Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίας*» (CPV 3141620-2), προϋπολογισμού 140.500,00€ (Εκατόν σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 33141620-2), για το έργο «Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για το Γ.Ν.-Υ. Ικαρίας» προϋπολογισμού 140.500,00€ (Εκατόν σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ επιχορήγηση από το Π.Δ.Ε. 2018 Υπουργείου Υγείας , σε βάρος του ΚΑΕ 9349.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝ-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ	7	12.096,77 €	84.677,41 €	24	105.000,00 €
2	ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	4	3.629,03 €	14.516,13 €	24	18.000,00 €
3	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	1	2.016,12 €	2.016,12 €	24	2.500,00 €
4	ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΖΥΓΟ	1	4.435,48 €	4.435,48 €	24	5.500,00 €
5	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3-ΚΑΝΑΛΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	1	1.209,67 €	1.209,67 €	24	1.500,00 €
6	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ (ΑΕΔ) ΦΟΡΗΤΟΣ	1	2.419,35 €	2.419,35 €	24	3.000,00 €
7	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΤΡΑΧΗΛΑΤΗ	1	1.209,67 €	1.209,67 €	24	1.500,00 €
8	ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ	1	322,58 €	322,58 €	24	400,00 €
9	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΑΧΗΛΑΤΟ – ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ	5	483,87 €	2.419,35 €	24	3.000,00 €
10	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	1	80,65 €	80,54 €	24	100,00 €

2. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	28-05-2021	28-05-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.	18-06-2021 και ώρα 15:00μ.μ.	21-06-2021 και ώρα 11:00π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας :

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

- 6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ».....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
- 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ».....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
- 6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
- 6.4. « ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
- 6.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ».....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
- 6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
- 6.7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
- 6.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016(Α147) (οδηγίες συμπλήρωσης από Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων κατευθυντήρια οδηγία 15 με ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

7. Προθεσμίες Διαγωνισμών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης .

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ιστοσελίδα **στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gnikarias.org**, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην παρακάτω εφημερίδα:

- ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Κάτω των Ορίων (Τακτικός) Διαγωνισμός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	Δεν απαιτείται
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ)	ΚΗΜΔΗΣ: 28 ΜΑΪΟΥ 2021 ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 28 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΣΗΔΗΣ: 28 ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟΣ: 05/06/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.gnikarias.org
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών 28 ΜΑΪΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Ώρα 15:00 μ.μ Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , Ώρα 15.00 μ.μ Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 11:00π.μ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 126964:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας (Κωδικός NUTS: EL412)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός (CPV 33141620-2), για το έργο «Ανάπτυξη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για το Γ.Ν.-Υ. Ικαρίας»

CPV	«ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (CPV 33141620-2)
ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ	Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Ικαρίας Ταχ. Δ/ση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, Τ.Κ. 83300 (Κωδικός NUTS: EL412)
<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ</u>	140.500,00€ (Εκατόν σαράντα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 9349 (Επιχορήγηση από Π.Δ.Ε. 2018 Υπουργείου Υγείας.)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ	Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	Νόμιμες κρατήσεις

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με τα άρθρο 79 και 93 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.2.1.2. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1.2. της παρούσας διακήρυξης.

1.2.1.3 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει τις ενότητες II,III, και VI. Από την Ενότητα του Μέρους IV μόνο το μέρος α χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV του εντύπου. Επίσης δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Μέρους V. Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόμου υπόχρεου /ων ,η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής

Το ΤΕΥΔ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι ο «πίνακας συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΣΤ' της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές θα απορρίπτονται.

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:

-Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια.

Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά.

Προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η ενότητα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών και τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης.

Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωμίας (profile) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ότι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Αναλυτικά στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες παρομοίου είδους και μεγέθους.

Σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο (διάρθρωση και αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία και τμήμα και ότι άλλο προτείνει σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης κ.λ.π.)

Οι προσφερόμενοι στο έργο πόροι και συγκεκριμένα (i) πλήθος, ωράρια και κατανομή προσφερόμενου προσωπικού, (ii) διαθέσιμα και προσφερόμενα μηχανήματα και εργαλεία και πάσης φύσεως εξοπλισμός.

Δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως αυτή προκύπτει μέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες περιπτώσεις.

Τυχόν πιστοποιητικά από επίσημους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα δοκιμών, για την ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών κλπ και η συμμόρφωσή τους με τεχνικά και ποιοτικά Standards.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτημα ΣΤ' της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει.

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή και θα συμπληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. :

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

1. Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.

3. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει:

- Την ένδειξη "ΝΑΙ" εάν από την προσφορά πληρούνται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη "ΟΧΙ" σε αντίθετη περίπτωση.

4. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς. Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία (Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση ,πρόγραμμα πιστοποίηση κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της τεχνικής προσφοράς. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<u>1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ</u> <u>ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ</u> <u>ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ</u>			
1.1 Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχειρίστο και σύγχρονης τεχνολογίας <u>και να έχει παραχθεί και να κυκλοφορήσει την τελευταία 10 ετία</u> . Τα χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.	ΝΑΙ		
1.2 Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, με αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (30) λεπτών, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.	ΝΑΙ		
1.3 Η λειτουργία του να βασίζεται σε μικροϋπολογιστές (microprocessors) και να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης.	ΝΑΙ		
1.4 Να φέρεται σε τροχήλατη βάση, με δυνατότητα ακινητοποίησης των τροχών, να είναι εύκολο στην μεταφορά του και να φέρει αναρτήρες φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και γραμμών.	ΝΑΙ		
1.5 α) Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων. β) Το μηχάνημα θα πρέπει να δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές που δεν καλύπτονται από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής.	ΝΑΙ		
1.6 Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από εσφαλμένο χειρισμό.	ΝΑΙ		
1.7 Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για την ταχεία επισκευή από τους τεχνικούς. Οι ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να απεικονίζονται ψηφιακά ή αναλογικά ή σε οθόνη.	ΝΑΙ		
1.8 Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα τόσο με μία, όσο και με δύο αντλίες.	ΝΑΙ		
1.9 Να έχει αντλία χορήγησης ηπαρίνης. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων	ΝΑΙ		

αρτηριακής και φλεβικής πίεσης του αίματος με τις αντίστοιχες ενδείξεις.			
1.10 Να έχει ένδειξη της διαμεμβρανικής πίεσης (TMP).	NAI		
1.11 Να έχει αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος, με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η μέγιστη δυνατή παροχή αίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ml/min. Η αντλία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνητα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.	NAI		
1.12 Να έχει ένδειξη της παροχής του αίματος.	NAI		
1.13 Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης.	NAI		
1.14 Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος αιμοκάθαρσης (ξηρά κάθαρση).	NAI		
1.15 Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαφυγής αίματος (blood leak detector) και σύστημα αυτόματης αεροπαγίδας.	NAI		
1.16 Ως προς την παρασκευή του διαλύματος αιμοκάθαρσης, να είναι αυτόματο και αυτόνομο. 20PROC006678046 2020-05-08 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6Υ/20 Σελίδα 50	NAI		
1.17 Να είναι τύπου single pass (μονής διέλευσης του διαλύματος αιμοκάθαρσης από το φίλτρο αιμοκάθαρσης).	NAI		
1.18 Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του τελικού διαλύματος με ανώτερο όριο τουλάχιστον 800 ml/min.	NAI		
1.19 Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του διαλύματος αιμοκάθαρσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.	NAI		
1.20 Να εκτελεί αυτόματη θερμική και χημική αποστείρωση και πλύσιμο με νερό	NAI		
1.21 α) Να παρασκευάζει διαλύματα διττανθρακικών και από πυκνό διάλυμα και από άνυδρο διττανθρακικό νάτριο σε στερεά μορφή (σκόνη), με δυνατότητα μεταβολής/ρύθμισης της συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά την διάρκεια της συνεδρίας. β) Να δέχεται φύσιγγα σκόνης διττανθρακικών που δεν καλύπτεται από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής.	NAI		
1.22 Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης, με on-line παρασκευή διαλυμάτων (υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). Τα αναλώσιμα υλικά για την διεξαγωγή των ως άνω μεθόδων δεν θα πρέπει να καλύπτονται από εργοστασιακό απόρρητο	NAI		

κατασκευής.			
1.23 Να έχουν επιλογές και συνδυασμούς προγραμμάτων κατανομής του ρυθμού Υπερδιήθησης, της Ολικής και Διτανθρακικής Αγωγιμότητας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς. (UF, Na ⁺ , HCO ₃ profile). Επίσης να έχουν τη δυνατότητα για σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής της παρεχόμενης δόσης αιμοκάθαρσης (Kt/V).	NAI		
1.24 Να διαθέτουν σύστημα ανίχνευσης ενημέρωσης διαρροής διαλύματος αιμοκάθαρσης στο υδραυλικό κύκλωμα.	NAI		
1.25 Να λειτουργούν με κάρτα μνήμης ασθενούς μεταφοράς στοιχείων για τη διαχείριση των δεδομένων συνταγογράφησης & θεραπείας καθώς και να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του μηχανήματος αιμοκάθαρσης με υπολογιστή ή στο δίκτυο του Νοσοκομείου.	NAI		
1.26 Να διαθέτουν ενσωματωμένο πιεσόμετρο για μέτρηση της Συστολικής και Διαστολικής πίεσης μέσω περιχειρίδας.	NAI		
1.27 Να χρησιμοποιούν φίλτρα συγκράτησης ενδοτοξινών για την παραγωγή υπερκάθαρου διαλύματος διάρκειας χρήσης τουλάχιστον 501 ωρών.	NAI		
1.28 Να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα κεντρικής παροχής όξινου συμπυκνωμένου διαλύματος (CCS).	NAI		
1.29 Οπωσδήποτε θα πρέπει: 1. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς πίεσης και την περιοδικότητα τους για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος. 2. Να παραδοθεί το αναλυτικό service manual, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει αναλυτικό ηλεκτρονικό διάγραμμα, error code & part list. 3. Να παραδοθούν operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών. 4. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού	NAI		

<p>εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.</p> <p>5. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ</p> <p>6. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον</p> <p>7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.</p> <p>8. Θα προσφερθεί τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος για δέκα (10) χρόνια (εγγύηση και συμβόλαιο συντήρησης μετά την λήξη της εγγύησης με ανταλλακτικά). 20PROC006678046 2020-05-08 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6Υ/20 Σελίδα 51 Η αξία της παραπάνω προσφοράς θα συνυπολογιστεί στην συνολική ανηγμένη τιμή. Το παραπάνω προσφερόμενο συμβόλαιο συντήρησης θα είναι στην ευχέρεια του Νοσοκομείου να τεθεί η εφαρμογή ή όχι.</p> <p>9. Να δοθούν αναλυτικά τιμές αναλωσίμων και η κατανάλωσή τους ανάλογα με την χρήση.</p> <p>10. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση προσωπικού κλπ). Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από τον κατασκευαστικό οίκο της συσκευής.</p> <p>11. Θα γίνει εκπαίδευση χρηστών και τεχνικών (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και να παραδοθούν τα service και operation manuals στα Ελληνικά</p> <p>12. Να δοθεί λίστα εγκατεστημένων μηχανημάτων στην Ελλάδα.</p>			
<p><u>2. ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ</u></p>			
<p>2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ηλεκτροκίνητη, πολύσπαστη πολυθρόνα. - Τροχήλατη βάση με 4 τροχούς. - Λειτουργία με τάση ρεύματος 220/50HZ 	<p>ΝΑΙ</p>		

- Κατηγορία προστασίας IPX4			
2.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: - Πλάτος 0.90 μ. περίπου. - Μήκος 2.00 μ. περίπου.	ΝΑΙ		
2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: - Σκελετός και βάση πολυθρόνας από χάλυβα υψηλής αντοχής και ποιότητας ή ανοξείδωτος AISI 304-18/10. - Κατασκευή υψηλής αντοχής , ώστε να δέχεται και ασθενείς με βάρος ζύγισης τουλάχιστον 190Kg. - 4 τροχοί συμπαγείς από ελαστικό υλικό , αντιστατικοί με κεντρικό μηχανισμό ακινητοποίησης(Φ100) - Ρύθμιση θέσεων με 4 ηλεκτροκινητήρες μέσω ενσύρματου χειριστηρίου με ενδείξεις στους διακόπτες για τις πολλαπλές κινήσεις της πολυθρόνας : 1. Ανεξάρτητη κίνηση πλάτης –καθίσματος –ποδιών. 2. Ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους 0,55-0,80μ.τουλάχιστον. 3. Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας στην θέση TRENDELENBURG και ANTITRENDELENBURG (σε χρόνο <10''). - Ανεξάρτητη κίνηση υποποδίου με εύχρηστο μηχανισμό (χειροκίνητο ή με ηλεκτροκινητήρα) - Ανατομικό στρώμα από αφρώδες ,αντιβακτηριδιακό υλικό, με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης των τμημάτων του προς επισκευή ή αντικατάσταση. <i>Η αφαίρεση του στρώματος θα πρέπει συνεπώς να είναι εύκολη και να μπορεί να υλοποιείται από το προσωπικό της Μονάδας και όχι από Τεχνικούς του Νοσοκομείου ή του προμηθευτή</i> Επένδυση με συνθετικό δέρμα, άκαυστο, αντιδρωτικό, μη απορροφητικό , υψηλής αντοχής και ποιότητας, χωρίς πτυχώσεις ,εσοχές κλπ. Επί πλέον ενίσχυση της επένδυσης στα περιφερικά σημεία και στο τμήμα ποδιών για προστασία από φθορές - Μαξιλάρι στη θέση κεφαλής ρυθμιζόμενο καθ' ύψος. - Δύο βραχίονες ,σταθεροί, ίδιας κατασκευής με το στρώμα ,ικανού πλάτους , με κατάλληλη άρθρωση για ρύθμιση σε πολλές θέσεις και σταθεροποίηση με εύχρηστο μηχανισμό.	ΝΑΙ		

<ul style="list-style-type: none"> - Συσσωρευτής για την λειτουργία της πολυθρόνας στην διάρκεια διακοπής ρεύματος. - Γείωση για ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. - Κάλυψη των μηχανικών και ηλεκτρικών τμημάτων για προστασία , ασφάλεια και καλαισθησία. 			
<p>2.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ενσωματωμένη βάση στήριξης για ρολό χαρτιού - Περιστρεφόμενο τραπεζίδιο 360ο με δυνατότητα κλίσης . - Υποπόδιο τηλεσκοπικό αποσπώμενο. 	ΝΑΙ		
<p>2.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:</p> <p>1.Οι πολυθρόνες αιμοκάθαρσης θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή.</p> <p>2. Ελάχιστη εγγύηση, καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια, μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης το νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καμία βλάβη, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση της πολυθρόνας και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.</p> <p>3. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών. Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω.</p> <p>4. Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE ή δήλωση συμμόρφωσης και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.</p> <p>5.Κατά την παράδοση να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών του Νοσοκομείου για την λειτουργία και την προληπτική</p>	ΝΑΙ		

<p>συντήρηση των ειδών και να παραδοθούν δύο σειρές εγχειριδίων χειρισμού και λειτουργίας της πολυθρόνας στην Ελληνική γλώσσα.</p> <p>6.Επαρκής τεχνική υποστήριξη μετά το πέρας της εγγύησης από εξειδικευμένο προσωπικό και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια.</p> <p>7.Κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές</p> <p>8.Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες.</p>			
<u>3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ</u>			
<p>3.1 Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος 210 cm x Πλάτος 92 cm. • Εσωτερικές διαστάσεις: Μήκος 200 cm x Πλάτος 90 cm. • Ύψος έως 60cm • Ηλεκτρική ανύψωση Πλάτης. • Ηλεκτρική ανύψωση Γονάτων & Ποδιών. • Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους Κρεβατιού. • Μέγιστο φορτίο 170Kg. • Λειτουργία Anti-Trendelenburg. • Λειτουργία Trendelenburg. • Με ξύλο στις μετόπες. • Πλαϊνάπτυσσόμενα μήκους 1μ • Περιλαμβάνονται τα πτυσσόμενα κάγκελα. • Τροχοί βαρέως τύπου με φρένα. • Εγγύηση 2 έτη. 	ΝΑΙ		
<u>4. ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΖΥΓΟ</u>			
<p>4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ηλεκτροκίνητη, πολύσπαστη πολυθρόνα. - Τροχήλατη βάση με 4 τροχούς. - Λειτουργία με τάση ρεύματος 220/50HZ - Κατηγορία προστασίας IPX4 	ΝΑΙ		
<p>4.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πλάτος 0.90 μ. περίπου. - Μήκος 2.00 μ. περίπου. 	ΝΑΙ		
<p>4.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σκελετός και βάση πολυθρόνας από χάλυβα υψηλής αντοχής και ποιότητας ή ανοξείδωτος 	ΝΑΙ		

<p>AISI 304-18/10.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κατασκευή υψηλής αντοχής , ώστε να δέχεται και ασθενείς με βάρος ζύγισης <u>τουλάχιστον 190Kg.</u> - 4 τροχοί συμπαγείς από ελαστικό υλικό , αντιστατικοί με κεντρικό μηχανισμό ακινητοποίησης(Φ100) - Ρύθμιση θέσεων με 4 ηλεκτροκινητήρες μέσω ενσύρματου χειριστηρίου με ενδείξεις στους διακόπτες για τις πολλαπλές κινήσεις της πολυθρόνας : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ανεξάρτητη κίνηση πλάτης –καθίσματος –ποδιών. 2. Ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους 0,55-0,80μ.τουλάχιστον. 3. Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας στην θέση TRENDELENBURG και ANTITRENDELENBURG (σε χρόνο <10’’). <ul style="list-style-type: none"> - Ανεξάρτητη κίνηση υποποδίου με εύχρηστο μηχανισμό (χειροκίνητο ή με ηλεκτροκινητήρα) - Ανατομικό στρώμα από αφρώδες ,αντιβακτηριδιακό υλικό, με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης των τμημάτων του προς επισκευή ή αντικατάσταση. <i>Η αφαίρεση του στρώματος θα πρέπει συνεπώς να είναι εύκολη και να μπορεί να υλοποιείται από το προσωπικό της Μονάδας και όχι από Τεχνικούς του Νοσοκομείου ή του προμηθευτή</i> <p>Επένδυση με συνθετικό δέρμα, άκαυστο, αντιδρωτικό, μη απορροφητικό , υψηλής αντοχής και ποιότητας, χωρίς πτυχώσεις ,εσοχές κλπ. Επί πλέον ενίσχυση της επένδυσης στα περιφερικά σημεία και στο τμήμα ποδιών για προστασία από φθορές</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μαξιλάρι στη θέση κεφαλής ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος. - Δύο βραχίονες ,σταθεροί, ίδιας κατασκευής με το στρώμα ,ικανού πλάτους , με κατάλληλη άρθρωση για ρύθμιση σε πολλές θέσεις και σταθεροποίηση με εύχρηστο μηχανισμό. - Συσσωρευτής για την λειτουργία της πολυθρόνας στην διάρκεια διακοπής ρεύματος. - Γείωση για ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. - Ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης για την απεικόνιση του βάρους του ασθενούς κατά την διάρκεια της θεραπείας. - Κάλυψη των μηχανικών και ηλεκτρικών τμημάτων για προστασία , ασφάλεια και 			
---	--	--	--

καλαιοθησία.			
4.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: - Ενσωματωμένη βάση στήριξης για ρολό χαρτιού - Περιστρεφόμενο τραπεζίδιο 360ο με δυνατότητα κλίσης . - Υποπόδιο τηλεσκοπικό αποσπώμενο.	NAI		
4.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 1.Οι πολυθρόνες αιμοκάθαρσης θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. 2. Ελάχιστη εγγύηση, καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια , μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης το νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καμία βλάβη, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση της πολυθρόνας και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ. 3. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών. Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω. 4. Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE ή δήλωση συμμόρφωσης και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 5.Κατά την παράδοση να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών του Νοσοκομείου για την λειτουργία και την προληπτική συντήρηση των ειδών και να παραδοθούν δύο σειρές εγχειριδίων χειρισμού και λειτουργίας της πολυθρόνας στην Ελληνική γλώσσα. 6.Επαρκής τεχνική υποστήριξη μετά το πέρας της εγγύησης από εξειδικευμένο προσωπικό και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια. 7.Κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης με τις	NAI		

<p>τεχνικές προδιαγραφές 8.Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες.</p>			
<p><u>5. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3-ΚΑΝΑΛΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ</u></p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης 5 έως 7 ιντσών. • Ταυτόχρονη λήψη και των 12 απαγωγών. Ψηφιακή τεχνολογία ΗΚΓτος με ανάλυση 24 bit 8000 samples / sec. • Απόκριση συχνότητας 0.05 Hz~250 Hz. • Αυτόματη διάγνωση ΗΚΓτος για ενήλικες, παιδιά και νεογνά. • Ταυτόχρονη καταγραφή 12 παραγώγων • Λειτουργίες: ΑΥΤΟΜΑΤΗ, Χειροκίνητη και Ρυθμός. • Θερμικός εκτυπωτή με χαρτί διαστάσεων 80 mm. • Δυνατότητα εκτύπωσης στις παρακάτω μορφές: 1 X 12, 1 X 12+1R, 3 X 4, 3 X 4+1R, 3/2. • Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. • Ένδειξη στάθμης φόρτισης μπαταρίας. • Έως 300 δευτερόλεπτα ανάλυσης ρυθμού - διευκολύνει την ανίχνευση αρρυθμίας. • Φίλτρα απόρριψης παρασίτων • Αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση ευαισθησίας σε 7 επίπεδα (1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10) mm/mV & Auto Gain. • Ανίχνευση εμφυτεύσιμου βηματοδότη. • Πάγωμα οθόνης. • Εσωτερική ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης δεδομένων με χωρητικότητα 3000 αρχεία. • Δύο θήρες USB για την επέκταση της εσωτερικής μνήμης και την σύνδεση barcode scanner. • Θύρα δικτύου (LAN) για την αποστολή των δεδομένων σε κεντρικό σταθμό • Τροφοδοσία 220V/AC και μέσω εσωτερικής επαναφορτιζόμενης μπαταρίας η οποία παρέχει αυτονομία για περισσότερο από τρεις (3) ώρες συνεχούς λειτουργίας. • Εσωτερική ψηφιακή μνήμη 	<p>ΝΑΙ</p>		

<p>αποθήκευσης δεδομένων με χωρητικότητα 3.000 αρχεία ΗΚΓτος.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θύρα για κάρτα μνήμης SD, για την επέκταση της εσωτερικής μνήμης και την μεταφορά – αντιγραφή των περιστατικών. • Δύο θήρες USB για την επέκταση της εσωτερικής μνήμης και την σύνδεση barcode scanner. • Θύρα δικτύου (LAN) για την αποστολή των δεδομένων σε κεντρικό σταθμό. • Βάρος συσκευής με μπαταρία = 2,3 κιλά. • CE mark & ISO. • Έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης 5 έως 7 ιντσών. • Ταυτόχρονη λήψη και των 12 απαγωγών. Ψηφιακή τεχνολογία ΗΚΓτος με ανάλυση 24 bit 8000 samples / sec. • Απόκριση συχνότητας 0.05 Hz~250 Hz. • Αυτόματη διάγνωση ΗΚΓτος για ενήλικες, παιδιά και νεογνά. Ταυτόχρονη καταγραφή 12 παραγώγων • Λειτουργίες: ΑΥΤΟΜΑΤΗ, Χειροκίνητη και Ρυθμός. • Θερμικός εκτυπωτή με χαρτί διαστάσεων 80 mm. • Δυνατότητα εκτύπωσης στις παρακάτω μορφές: 1 X 12, 1 X 12+1R, 3 X 4, 3 X 4+1R, 3/2. 			
<p><u>Η συσκευή να συνοδεύεται από.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 10-πολικό καλώδιο ασθενούς. • 4 ηλεκτρόδια clip on (άκρων). • 6 επικαρδιακά ηλεκτρόδια βεντούζας. • Καλώδιο τροφοδοσίας • Τροφοδοτικό AC/220V. • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία. • Καλώδιο γείωσης. • Ένα χαρτί εκτυπωτή. • Εγχειρίδιο λειτουργίας. • Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. • Τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά και service για 10 έτη. 	ΝΑΙ		
<p><u>6. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ (AED) ΦΟΡΗΤΟΣ</u></p>			
<p>6.1 Τρόπος λειτουργίας: αυτόματος (AED) Κυματομορφή: διφασική με αυτόματη ρύθμιση για προσαρμογή στην διαθωρακική αντίσταση του ασθενή</p>	ΝΑΙ		

<p>Αποδιδόμενη ενέργεια: 200J σύμφωνα με πρωτόκολλο ΑΗΑ 2010 Απενεργοποίηση φόρτισης: Αυτόματη ή κατ' επιλογή. Χρόνος ανάλυσης ΗΚΓ: <10" Χρόνος φόρτισης στα maximum Joules: <8" Βήματα απινίδωσης: ενήλικες: 150J – 150J – 200J, παιδιά: 50J- 50J – 50J Ανίχνευση βηματοδότη Ναι Μέτρηση διαθωρακικής αντίστασης: 25 – 100 ohm, επιθυμητό έως 250ohm Μέγιστη απόδοση: 50 απινιδώσεις ή 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας</p> <p>Εύρος ΗΚΓ: 2 – 25 Hz Τύπος μπαταρίας: LiMnO2 (12V 4200mA) Πρόγραμμα αυτοελέγχου συσκευής: εβδομαδιαίος έλεγχος Διαστάσεις: 8 X 30 X 27 cm (+/-10%) Βάρος: 2,5 κιλά (+/-0.5Kg) Κατηγορία: (94/42/EEC) II B Στοιχεία καταγραφής: σήμα ΗΚΓ έως <u>180'</u>/γεγονός /καταγραφή ομιλίας <u>επιθυμητη</u> Μεταφορά δεδομένων: λογισμικό κατασκευαστή για μετάδοση δεδομένων μέσω USB <u>Εγγύηση καλής λειτουργίας: συσκευή 10</u> έτη, μπαταρία 4 έτη <i>Περιλαμβάνεται 1 σετ ηλεκτροδίων απινίδωσης SB</i></p>			
<p><u>7. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΤΡΑΧΗΛΑΤΗ</u></p>			
<p>7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή να είναι εξοπλισμένη με 4 αντιστατικούς τροχούς με 2 φρένα και με λαβή για την μετακίνηση. • Να μπορεί να μετακινηθεί εύκολα και να έχει σχεδιαστεί για σχεδόν συνεχή χρήση. • Να είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, για την tracheotomized ασθενείς και χειρουργικές εφαρμογές. • Να είναι φτιαγμένη από εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά στην θερμότητα, ηλεκτρικά μονωμένη με πλαστικό υλικό σύμφωνα με τις τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, το προϊόν να διατίθεται με δύο 2000cc πολυανθρακικά autocavable βάζα με 	<p>ΝΑΙ</p>		

<p>βαλβίδα υπερχειλίσης και να είναι εξοπλισμένη με ρυθμιστή και δείκτη κενού που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά.</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τροφοδοσία: 230V - 50Hz • Μέγιστη αναρρόφηση: -0.90 bar / -90kPa / -675 mmHg • Ροή: 60 λίτρα / λεπτό • Κατανάλωση ισχύος: 230 VA • Ασφάλεια: 1 x 4 A 250V • Συνεχής χρήση • Βάρος: 13 κιλά • Διαστάσεις: 460 x 600 x 420 mm 			
<u>8. ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ</u>			
<p>8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και μετρήσεις spot-check. • Έγχρωμη οθόνη TFT-LCD 3 ιντσών • Εύχρηστη, ελαφριά συσκευή • Τιμές SpO₂ και παλμών σε πραγματικό χρόνο • Διαχείριση συναγερμών SatSeconds • Καμπύλη • Φωτεινές μπάρες • Δεδομένα τάσης πίνακα • Κατάλληλο για παρακολούθηση ύπνου (τρόπος μελέτης ύπνου) • Η τεχνολογία προοδευτικής επεξεργασίας σήματος εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις παρακολούθησης (π.χ. χαμηλή αιμάτωση, ανήσυχοι ασθενείς) • Χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων 80 ωρών (ημερομηνία, ώρα, καταστάσεις συναγερμού, ρυθμός παλμού και SpO₂) • Ακουστικός και οπτικός συναγερμός • Ρυθμιζόμενο όριο συναγερμού • Λειτουργεί με 4 μπαταρίες λιθίου AA • Τα δεδομένα να μπορούν να μεταφερθούν σε υπολογιστή για ανάλυση δεδομένων και εκτύπωση. 	<p>ΝΑΙ</p>		

<u>9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΑΧΗΛΑΤΟ – ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ</u>			
<p>9.1 Να είναι μόνιτορ αναίμακτης μέτρησης της πίεσης, κατάλληλο για μέτρηση σε ενήλικες.</p> <p>2. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης της πίεσης από 10 έως 300 mmHg.</p> <p>3. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης παλμικού ρυθμού από 40 έως 300 bpm.</p> <p>4. Να διαθέτει ενδείξεις της συστολικής, της διαστολικής και της μέσης πίεσης.</p> <p>5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου επανάληψης της μέτρησης από 1' έως 480' .</p> <p>6. Οι μετρήσεις της αναίμακτης πίεσης να γίνονται είτε κατ' επίκληση, είτε αυτόματα, είτε συνεχώς.</p> <p>7. Να διαθέτει σύστημα ασφάλειας από υπερβολική πίεση περιχειρίδας.</p> <p>8. Να μετρά και να απεικονίζει τον καρδιακό ρυθμό.</p> <p>9. Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και σε οποιοσδήποτε συνθήκες φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας.</p> <p>10. Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου - για μεγάλη διάρκεια ζωής και χωρίς φαινόμενο μνήμης - με αυτονομία 12 ωρών κατ'ελάχιστο, με όλες τις παραμέτρους σε λειτουργία. Ο φορτιστής της μπαταρίας να είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα.</p> <p>11. Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για λειτουργία 100-240V /50-60HZ.</p> <p>12. Να έχει μικρές διαστάσεις για να μεταφέρεται εύκολα.</p> <p>13. Να διαθέτει τροχήλατο του κατασκευαστικού οίκου .</p> <p>14. Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή</p>	ΝΑΙ		

<p>χρήση.</p> <p>15. Κατά την παράδοση να συνοδεύεται από cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παιδιών, καθώς και σωλήνα σύνδεσης της περιχειρίδας με το πιεσόμετρο.</p> <p>16. Να διαθέτει CE Mark και έγκριση FDA.</p> <p>17. Η συσκευή να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών.</p>			
<u>10. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ</u>			
<p>10.1 Να συνοδεύεται με</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μάσκα αερισμού σιλικόνης • Ρεζερβουάρ Οξυγόνου • Σωλήνα σύνδεσης οξυγόνου • Κατάλληλη για ενήλικες βάρους ≥ 30 Kgr • Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης: $60 \pm 5 \text{cmH}_2\text{O}$ • Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C έως 50°C • Κατασκευή από σιλικόνη • Να μην περιέχει Latex • Σήμανση CE • Εγγύηση: Έως 2 έτη. 	ΝΑΙ		

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιμές

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την παρεχόμενη υπηρεσία. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

II. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

III. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Σημειώνονται τα ακόλουθα :

- Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών για την παρεχόμενα είδη θα γίνεται στην καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Εάν στο διαγωνισμό η προσφερόμενη τιμή είναι υπερβολικά χαμηλή, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων υπηρεσιών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2. Σύγκριση τιμών

1.2.2.2.1. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία κλπ.) οι προμηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2.3 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών.
2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με τις κάτωθι κρατήσεις
 - Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%
 - Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
 - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ
 - Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%
 - Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ
 - Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
 - Φόρος προμηθευτών 4%

1.2.2.2.4 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.5 Επισημαίνονται τα παρακάτω:

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

- **Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την

προσφορά του μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016.

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης

- Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.
- Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
- Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας **δέκα (10) ημερών** από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

5.1.1. Φυσικά πρόσωπα :

5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν

έχουν καταδικασθεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). **Σημειώνεται ότι:**

- η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

- σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του.

5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α.

5.1.2. Τα νομικά πρόσωπα:

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

5.1.3. Οι συνεταιρισμοί :

5.1.3.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1.

5.1.3.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.1.1.2, 5.1.1.3 και 5.1.1.4 της παραγράφου 5.1.1, και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2.

5.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

5.1.4. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει

στην Ένωση. Σημειώνεται ότι :

- > Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
- > Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ :

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω:

5.2.1 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.

5.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι από τα παρακάτω:

κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν.

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**A. Από την 1^η-1-2017**

8.1 Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

8.2 Σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την άσκηση

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

8.3. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ**

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

9.1.2. Εγγύηση Συμμετοχής

1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την Δ/ση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.**

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών, που για αυτά θα κατατεθούν προσφορά εκτός Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επί αυτών, και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικείμενου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

9.1.3.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης

9.1.3.4. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :

α) Η ημερομηνία έκδοσης.

β) Ο εκδότης.

γ) Να απευθύνονται ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «Ο «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι :

- ο Αριθμός της Διακήρυξης
- η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.
- η ημερομηνία της Διακήρυξης.

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής).

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει σαφώς το χρόνο ισχύος ή να είναι αορίστου διάρκειας μέχρι επιστροφής της.

ι) Οι όροι ότι:

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.

ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ιγ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.

Επί πλέον, ο εκδόμενος την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' της παρούσας Διακήρυξης το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες.

11. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΕΙΔΙΚΟ Ι Ο Ρ Ο Ι

1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ. από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

- Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της προμήθειας ειδών/υπηρεσιών. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω

- Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται

στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς τούτο από το Νοσοκομείο

-Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις πλημμελούς εργασίας κ.α., επιβάλλεται στον προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

- Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.

-Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκομείο αζημίως για αυτό.

Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 16 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία σύμβαση

- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρτέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Σ.Σ.Ε, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Νοσοκομείο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

2. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

4. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού

αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : Ημερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝΓΙΑ ΠΟΣΟΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των.....
ευρώ και ολογράφως.....υπέρ της εταιρείαςή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α) β)..... κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της / / , για την ανάδειξη προμηθευτή....., της με αριθμ/2017 διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διηζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία)δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη δαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις / / οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας.....
 Κατάστημα.....
 (Δ/ση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία Έκδοσης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.....(και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.....δ\νη..... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας(αρ.διακ/ξης /....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας.....ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι.....

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
<u>1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ</u> <u>ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ</u>
1.1 Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχειρίστο και σύγχρονης τεχνολογίας <u>και να έχει παραχθεί και να κυκλοφορήσει την τελευταία 10 ετία</u> . Τα χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
1.2 Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, με αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (30) λεπτών, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
1.3 Η λειτουργία του να βασίζεται σε μικροϋπολογιστές (microprocessors) και να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης.
1.4 Να φέρεται σε τροχήλατη βάση, με δυνατότητα ακινητοποίησης των τροχών, να είναι εύκολο στην μεταφορά του και να φέρει αναρτήρες φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και γραμμών.
1.5 α) Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων. β) Το μηχάνημα θα πρέπει να δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές που δεν καλύπτονται από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής.
1.6 Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από εσφαλμένο χειρισμό.
1.7 Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για την ταχεία επισκευή από τους τεχνικούς. Οι ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να απεικονίζονται ψηφιακά ή αναλογικά ή σε οθόνη.
1.8 Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα τόσο με μία, όσο και με δύο αντλίες.
1.9 Να έχει αντλία χορήγησης ηπαρίνης. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων αρτηριακής και φλεβικής πίεσης του αίματος με τις αντίστοιχες ενδείξεις.
1.10 Να έχει ένδειξη της διαμεμβρανικής πίεσης (TMP).
1.11 Να έχει αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος, με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η μέγιστη δυνατή παροχή αίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ml/min. Η αντλία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνητα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
1.12 Να έχει ένδειξη της παροχής του αίματος.
1.13 Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης.
1.14 Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος αιμοκάθαρσης (ξηρά κάθαρση).
1.15 Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαφυγής αίματος (blood leak detector) και σύστημα αυτόματης αεροπαγίδας.

<p>1.16 Ως προς την παρασκευή του διαλύματος αιμοκάθαρσης, να είναι αυτόματο και αυτόνομο. 20PROC006678046 2020-05-08 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6Υ/20 Σελίδα 50</p>
<p>1.17 Να είναι τύπου single pass (μονής διέλευσης του διαλύματος αιμοκάθαρσης από το φίλτρο αιμοκάθαρσης).</p>
<p>1.18 Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του τελικού διαλύματος με ανώτερο όριο τουλάχιστον 800 ml/min.</p>
<p>1.19 Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του διαλύματος αιμοκάθαρσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.</p>
<p>1.20 Να εκτελεί αυτόματη θερμική και χημική αποστείρωση και πλύσιμο με νερό</p>
<p>1.21 α) Να παρασκευάζει διαλύματα διττανθρακικών και από πυκνό διάλυμα και από άνυδρο διττανθρακικό νάτριο σε στερεά μορφή (σκόνη), με δυνατότητα μεταβολής/ρύθμισης της συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά την διάρκεια της συνεδρίας. β) Να δέχεται φύσιγγα σκόνης διττανθρακικών που δεν καλύπτεται από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής.</p>
<p>1.22 Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης, με on-line παρασκευή διαλυμάτων (υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). Τα αναλώσιμα υλικά για την διεξαγωγή των ως άνω μεθόδων δεν θα πρέπει να καλύπτονται από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής.</p>
<p>1.23 Να έχουν επιλογές και συνδυασμούς προγραμμάτων κατανομής του ρυθμού Υπερδιήθησης, της Ολικής και Διττανθρακικής Αγωγιμότητας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς. (UF, Na⁺, HCO₃ profile). Επίσης να έχουν τη δυνατότητα για σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής της παρεχόμενης δόσης αιμοκάθαρσης (Kt/V).</p>
<p>1.24 Να διαθέτουν σύστημα ανίχνευσης ενημέρωσης διαρροής διαλύματος αιμοκάθαρσης στο υδραυλικό κύκλωμα.</p>
<p>1.25 Να λειτουργούν με κάρτα μνήμης ασθενούς μεταφοράς στοιχείων για τη διαχείριση των δεδομένων συνταγογράφησης & θεραπείας καθώς και να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του μηχανήματος αιμοκάθαρσης με υπολογιστή ή στο δίκτυο του Νοσοκομείου.</p>
<p>1.26 Να διαθέτουν ενσωματωμένο πιεσόμετρο για μέτρηση της Συστολικής και Διαστολικής πίεσης μέσω περιχειρίδας.</p>
<p>1.27 Να χρησιμοποιούν φίλτρα συγκράτησης ενδοτοξινών για την παραγωγή υπερκάθαρου διαλύματος διάρκειας χρήσης τουλάχιστον 501 ωρών.</p>
<p>1.28 Να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα κεντρικής παροχής όξινου συμπυκνωμένου διαλύματος (CCS).</p>
<p>1.29 Οπωσδήποτε θα πρέπει:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς πίεσης και την περιοδικότητα τους για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος. 2. Να παραδοθεί το αναλυτικό service manual, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει αναλυτικό ηλεκτρονικό διάγραμμα, error code & part list. 3. Να παραδοθούν operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών. 4. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το

λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

5. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ

6. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον

7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.

8. Θα προσφερθεί τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος για δέκα (10) χρόνια (εγγύηση και συμβόλαιο συντήρησης μετά την λήξη της εγγύησης με ανταλλακτικά). 20PROC006678046 2020-05-08 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6Υ/20 Σελίδα 51 Η αξία της παραπάνω προσφοράς θα συνυπολογιστεί στην συνολική ανηγμένη τιμή. Το παραπάνω προσφερόμενο συμβόλαιο συντήρησης θα είναι στην ευχέρεια του Νοσοκομείου να τεθεί η εφαρμογή ή όχι.

9. Να δοθούν αναλυτικά τιμές αναλωσίμων και η κατανάλωσή τους ανάλογα με την χρήση.

10. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση προσωπικού κλπ). Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από τον κατασκευαστικό οίκο της συσκευής.

11. Θα γίνει εκπαίδευση χρηστών και τεχνικών (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και να παραδοθούν τα service και operation manuals στα Ελληνικά

12. Να δοθεί λίστα εγκατεστημένων μηχανημάτων στην Ελλάδα.

2. ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Ηλεκτροκίνητη, πολύσπαστη πολυθρόνα.
- Τροχήλατη βάση με 4 τροχούς.
- Λειτουργία με τάση ρεύματος 220/50HZ
- Κατηγορία προστασίας IPX4

2.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Πλάτος 0.90 μ. περίπου.
- Μήκος 2.00 μ. περίπου.

2.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Σκελετός και βάση πολυθρόνας από χάλυβα υψηλής αντοχής και ποιότητας ή ανοξείδωτος AISI 304-18/10.
- Κατασκευή υψηλής αντοχής , ώστε να δέχεται και ασθενείς με βάρος ζύγισης **τουλάχιστον 190Kg.**
- 4 τροχοί συμπαγείς από ελαστικό υλικό , αντιστατικοί με κεντρικό μηχανισμό ακινητοποίησης(Φ100)
- Ρύθμιση θέσεων με 4 ηλεκτροκινητήρες μέσω ενσύρματου χειριστηρίου με ενδείξεις στους διακόπτες για τις πολλαπλές κινήσεις της πολυθρόνας :
 1. Ανεξάρτητη κίνηση πλάτης –καθίσματος –ποδιών.
 2. Ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους 0,55-0,80μ.**τουλάχιστον.**
 3. Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας στην θέση TRENDELENBURG και ANTITRENDELENBURG (σε χρόνο <10’’).

- Ανεξάρτητη κίνηση υποποδίου με εύχρηστο μηχανισμό (χειροκίνητο ή με ηλεκτροκινητήρα)

- Ανατομικό στρώμα από αφρώδες ,αντιβακτηριδιακό υλικό, με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης των τμημάτων του προς επισκευή ή αντικατάσταση. *Η αφαίρεση του στρώματος θα πρέπει συνεπώς να είναι εύκολη και να μπορεί να υλοποιείται από το προσωπικό της Μονάδας και όχι από Τεχνικούς του Νοσοκομείου ή του προμηθευτή*

Επένδυση με συνθετικό δέρμα, άκαυστο, αντιδρωτικό, μη απορροφητικό , υψηλής αντοχής και ποιότητας, χωρίς πτυχώσεις ,εσοχές κλπ. Επί πλέον ενίσχυση της επένδυσης στα περιφερικά σημεία και στο τμήμα ποδιών για προστασία από φθορές

- Μαξιλάρι στη θέση κεφαλής ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.

- Δύο βραχίονες ,σταθεροί, ίδιας κατασκευής με το στρώμα ,ικανού πλάτους , με κατάλληλη άρθρωση για ρύθμιση σε πολλές θέσεις και σταθεροποίηση με εύχρηστο μηχανισμό.

- Συσσωρευτής για την λειτουργία της πολυθρόνας στην διάρκεια διακοπής ρεύματος.

- Γείωση για ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

- Κάλυψη των μηχανικών και ηλεκτρικών τμημάτων για προστασία , ασφάλεια και καλαισθησία.

2.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Ενσωματωμένη βάση στήριξης για ρολό χαρτιού

- Περιστρεφόμενο τραπεζίδιο 360ο με δυνατότητα κλίσης .

- Υποπόδιο τηλεσκοπικό αποσπώμενο.

2.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1.Οι πολυθρόνες αιμοκάθαρσης θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή.

2. Ελάχιστη εγγύηση, καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια, μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης το νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καμία βλάβη, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση της πολυθρόνας και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.

3. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών.

Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω.

4. Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE ή δήλωση συμμόρφωσης και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

5.Κατά την παράδοση να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών του Νοσοκομείου

για την λειτουργία και την προληπτική συντήρηση των ειδών και να

παραδοθούν δύο σειρές εγχειριδίων χειρισμού και λειτουργίας της πολυθρόνας στην Ελληνική γλώσσα.

6.Επαρκής τεχνική υποστήριξη μετά το πέρας της εγγύησης από εξειδικευμένο προσωπικό και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια.

7.Κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

8.Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

3.1 Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

- Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος 210 cm x Πλάτος 92 cm.
- Εσωτερικές διαστάσεις: Μήκος 200 cm x Πλάτος 90 cm.
- Ύψος έως 60cm
- Ηλεκτρική ανύψωση Πλάτης.
- Ηλεκτρική ανύψωση Γονάτων & Ποδιών.
- Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους Κρεβατιού.
- Μέγιστο φορτίο 170Kg.
- Λειτουργία Anti-Trendelenburg.
- Λειτουργία Trendelenburg.
- Με ξύλο στις μετόπες.
- Πλαϊνάπτυσσόμενα μήκους 1μ
- Περιλαμβάνονται τα πτυσσόμενα κάγκελα.
- Τροχοί βαρέως τύπου με φρένα.
- Εγγύηση 2 έτη.

4. ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΖΥΓΟ

4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Ηλεκτροκίνητη, πολύσπαστη πολυθρόνα.
- Τροχήλατη βάση με 4 τροχούς.
- Λειτουργία με τάση ρεύματος 220/50HZ
- Κατηγορία προστασίας IPX4

4.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Πλάτος 0.90 μ. περίπου.
- Μήκος 2.00 μ. περίπου.

4.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Σκελετός και βάση πολυθρόνας από χάλυβα υψηλής αντοχής και ποιότητας ή ανοξείδωτος AISI 304-18/10.
- Κατασκευή υψηλής αντοχής , ώστε να δέχεται και ασθενείς με βάρος ζύγισης **τουλάχιστον 190Kg.**
- 4 τροχοί συμπαιγείς από ελαστικό υλικό , αντιστατικοί με κεντρικό μηχανισμό ακινητοποίησης(Φ100)
- Ρύθμιση θέσεων με 4 ηλεκτροκίνητες μέσω ενσύρματου χειριστηρίου με ενδείξεις στους διακόπτες για τις πολλαπλές κινήσεις της πολυθρόνας :
 1. Ανεξάρτητη κίνηση πλάτης –καθίσματος –ποδιών.
 2. Ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους 0,55-0,80μ.**τουλάχιστον.**

3. Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας στην θέση TRENDELENBURG και ANTITRENDELENBURG (σε χρόνο <10'').

- Ανεξάρτητη κίνηση υποποδίου με εύχρηστο μηχανισμό (χειροκίνητο ή με ηλεκτροκίνητηρα)

- Ανατομικό στρώμα από αφρώδες ,αντιβακτηριδιακό υλικό, με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης των τμημάτων του προς επισκευή ή αντικατάσταση. *Η αφαίρεση του στρώματος θα πρέπει συνεπώς να είναι εύκολη και να μπορεί να υλοποιείται από το προσωπικό της Μονάδας και όχι από Τεχνικούς του Νοσοκομείου ή του προμηθευτή*

Επένδυση με συνθετικό δέρμα, άκαυστο, αντιδρωτικό, μη απορροφητικό , υψηλής αντοχής και ποιότητας, χωρίς πτυχώσεις ,εσοχές κλπ. Επί πλέον ενίσχυση της επένδυσης στα περιφερικά σημεία και στο τμήμα ποδιών για προστασία από φθορές

- Μαξιλάρι στη θέση κεφαλής ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.

- Δύο βραχίονες ,σταθεροί, ίδιας κατασκευής με το στρώμα ,ικανού πλάτους , με κατάλληλη άρθρωση για ρύθμιση σε πολλές θέσεις και σταθεροποίηση με εύχρηστο μηχανισμό.

- Συσσωρευτής για την λειτουργία της πολυθρόνας στην διάρκεια διακοπής ρεύματος.

- Γείωση για ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

- Ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης για την απεικόνιση του βάρους του ασθενούς κατά την διάρκεια της θεραπείας.

- Κάλυψη των μηχανικών και ηλεκτρικών τμημάτων για προστασία , ασφάλεια και καλαισθησία.

4.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Ενσωματωμένη βάση στήριξης για ρολό χαρτιού

- Περιστρεφόμενο τραπεζίδιο 360ο με δυνατότητα κλίσης .

- Υποπόδιο τηλεσκοπικό αποσπώμενο.

4.5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1.Οι πολυθρόνες αιμοκάθαρσης θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή.

2. Ελάχιστη εγγύηση, καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια , μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης το νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καμία βλάβη, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση της πολυθρόνας και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.

3. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση των προσφερομένων ειδών.

Επίσης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ.Υ.8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 Να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά προς απόδειξη των παραπάνω.

4. Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE ή δήλωση συμμόρφωσης και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

5. Κατά την παράδοση να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών του Νοσοκομείου

για την λειτουργία και την προληπτική συντήρηση των ειδών και να παραδοθούν δύο σειρές εγχειριδίων χειρισμού και λειτουργίας της πολυθρόνας στην Ελληνική γλώσσα.

6. Επαρκής τεχνική υποστήριξη μετά το πέρας της εγγύησης από εξειδικευμένο προσωπικό και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια.

7. Κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

8. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3-ΚΑΝΑΛΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ

- Έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης 5 έως 7 ιντσών.
- Ταυτόχρονη λήψη και των 12 απαγωγών. Ψηφιακή τεχνολογία ΗΚΓτος με ανάλυση 24 bit 8000 samples / sec.
- Απόκριση συχνότητας 0.05 Hz~250 Hz.
- Αυτόματη διάγνωση ΗΚΓτος για ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
Ταυτόχρονη καταγραφή 12 παραγώγων
- Λειτουργίες: ΑΥΤΟΜΑΤΗ, Χειροκίνητη και Ρυθμός.
- Θερμικός εκτυπωτής με χαρτί διαστάσεων 80 mm.
- Δυνατότητα εκτύπωσης στις παρακάτω μορφές: 1 X 12, 1 X 12+1R, 3 X 4, 3 X 4+1R, 3/2.
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου.
- Ένδειξη στάθμης φόρτισης μπαταρίας.
- Έως 300 δευτερόλεπτα ανάλυσης ρυθμού - διευκολύνει την ανίχνευση αρρυθμίας.
- Φίλτρα απόρριψης παρασίτων
- Αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση ευαισθησίας σε 7 επίπεδα (1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10) mm/mV & Auto Gain.
- Ανίχνευση εμφυτεύσιμου βηματοδότη.
- Πάγωμα οθόνης.
- Εσωτερική ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης δεδομένων με χωρητικότητα 3000 αρχεία.
- Δύο θήρες USB για την επέκταση της εσωτερικής μνήμης και την σύνδεση barcode scanner.
- Θύρα δικτύου (LAN) για την αποστολή των δεδομένων σε κεντρικό σταθμό
- Τροφοδοσία 220V/AC και μέσω εσωτερικής επαναφορτιζόμενης μπαταρίας η οποία παρέχει αυτονομία για περισσότερο από τρεις (3) ώρες συνεχούς λειτουργίας.
- Εσωτερική ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης δεδομένων με χωρητικότητα 3.000 αρχεία ΗΚΓτος.
- Θύρα για κάρτα μνήμης SD, για την επέκταση της εσωτερικής μνήμης και την μεταφορά – αντιγραφή των περιστατικών.
- Δύο θήρες USB για την επέκταση της εσωτερικής μνήμης και την σύνδεση barcode scanner.
- Θύρα δικτύου (LAN) για την αποστολή των δεδομένων σε κεντρικό σταθμό.
- Βάρος συσκευής με μπαταρία = 2,3 κιλά.
- CE mark & ISO.

- Έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης 5 έως 7 ιντσών.
- Ταυτόχρονη λήψη και των 12 παραγωγών. Ψηφιακή τεχνολογία ΗΚΓτος με ανάλυση 24 bit 8000 samples / sec.
- Απόκριση συχνότητας 0.05 Hz~250 Hz.
- Αυτόματη διάγνωση ΗΚΓτος για ενήλικες, παιδιά και νεογνά. Ταυτόχρονη καταγραφή 12 παραγωγών
- Λειτουργίες: ΑΥΤΟΜΑΤΗ, Χειροκίνητη και Ρυθμός.
- Θερμικός εκτυπωτής με χαρτί διαστάσεων 80 mm.
- Δυνατότητα εκτύπωσης στις παρακάτω μορφές: 1 X 12, 1 X 12+1R, 3 X 4, 3 X 4+1R, 3/2.

Η συσκευή να συνοδεύεται από.

- 10-πολικό καλώδιο ασθενούς.
- 4 ηλεκτρόδια clip on (άκρων).
- 6 επικαρδιακά ηλεκτρόδια βεντούζας.
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Τροφοδοτικό AC/220V.
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Καλώδιο γείωσης.
- Ένα χαρτί εκτυπωτή.
- Εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.
- Τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά και service για 10 έτη.

6. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ (AED) ΦΟΡΗΤΟΣ

6.1 Τρόπος λειτουργίας: αυτόματος (AED)

Κυματομορφή: διφασική με αυτόματη ρύθμιση για προσαρμογή στην διαθωρακική αντίσταση του ασθενή

Αποδιδόμενη ενέργεια: 200J σύμφωνα με πρωτόκολλο AHA 2010

Απενεργοποίηση φόρτισης: Αυτόματη ή κατ' επιλογή.

Χρόνος ανάλυσης ΗΚΓ: <10"

Χρόνος φόρτισης στα maximum Joules: <8"

Βήματα απινίδωσης: ενήλικες: 150J – 150J – 200J, παιδιά: 50J- 50J – 50J

Ανίχνευση βηματοδότη Ναι

Μέτρηση διαθωρακικής αντίστασης: 25 – 100 ohm, επιθυμητό έως 250ohm

Μέγιστη απόδοση: 50 απινιδώσεις ή 4 ώρες συνεχούς λειτουργίας

Εύρος ΗΚΓ: 2 – 25 Hz

Τύπος μπαταρίας: LiMnO₂ (12V 4200mA)

Πρόγραμμα αυτοελέγχου συσκευής: εβδομαδιαίος έλεγχος

Διαστάσεις: 8 X 30 X 27 cm (+/-10%)

Βάρος: 2,5 κιλά (+/-0.5Kg)

Κατηγορία: (94/42/EEC) II B

Στοιχεία καταγραφής: σήμα ΗΚΓ έως 180'/γεγονός /καταγραφή ομιλίας *επιθυμητή*

Μεταφορά δεδομένων: λογισμικό κατασκευαστή για μετάδοση

δεδομένων μέσω USB *Εγγύηση καλής λειτουργίας: συσκευή 10 έτη, μπαταρία 4 έτη*

Περιλαμβάνεται 1 σετ ηλεκτροδίων απινίδωσης SB

7. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΤΡΑΧΗΛΑΤΗ**7.1**

- Η συσκευή να είναι εξοπλισμένη με 4 αντιστατικούς τροχούς με 2 φρένα και με λαβή για την μετακίνηση.
- Να μπορεί να μετακινηθεί εύκολα και να έχει σχεδιαστεί για σχεδόν συνεχή χρήση.
- Να είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, για την tracheotomized ασθενείς και χειρουργικές εφαρμογές.
- Να είναι φτιαγμένη από εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά στην θερμότητα, ηλεκτρικά μονωμένη με πλαστικό υλικό σύμφωνα με τις τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, το προϊόν να διατίθεται με δύο 2000cc πολυανθρακικά autocanable βάζα με βαλβίδα υπερχειλίσης και να είναι εξοπλισμένη με ρυθμιστή και δείκτη κενού που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τροφοδοσία: 230V - 50Hz
- Μέγιστη αναρρόφηση: -0.90 bar / -90kPa / -675 mmHg
- Ροή: 60 λίτρα / λεπτό
- Κατανάλωση ισχύος: 230 VA
- Ασφάλεια: 1 x 4 A 250V
- Συνεχής χρήση
- Βάρος: 13 κιλά
- Διαστάσεις: 460 x 600 x 420 mm

8. ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ**8.1**

- Να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και μετρήσεις spot-check.
- Έγχρωμη οθόνη TFT-LCD 3 ιντσών
- Εύχρηστη, ελαφριά συσκευή
- Τιμές SpO2 και παλμών σε πραγματικό χρόνο
- Διαχείριση συναγερμών SatSeconds
- Καμπύλη
- Φωτεινές μπάρες
- Δεδομένα τάσης πίνακα
- Κατάλληλο για παρακολούθηση ύπνου (τρόπος μελέτης ύπνου)
- Η τεχνολογία προοδευτικής επεξεργασίας σήματος εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις παρακολούθησης (π.χ. χαμηλή αιμάτωση, ανήσυχτοι ασθενείς)
- Χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων 80 ωρών (ημερομηνία, ώρα, καταστάσεις συναγερμού, ρυθμός παλμού και SpO2)
- Ακουστικός και οπτικός συναγερμός
- Ρυθμιζόμενο όριο συναγερμού
- Λειτουργεί με 4 μπαταρίες λιθίου AA
- Τα δεδομένα να μπορούν να μεταφερθούν σε υπολογιστή για ανάλυση δεδομένων και εκτύπωση.

9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΑΧΗΛΑΤΟ – ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

- 9.1** Να είναι μόνιτορ αναίμακτης μέτρησης της πίεσης, κατάλληλο για μέτρηση σε ενήλικες.
2. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης της πίεσης από 10 έως 300 mmHg.
 3. Να διαθέτει εύρος ορίων μέτρησης παλμικού ρυθμού από 40 έως 300 bpm.
 4. Να διαθέτει ενδείξεις της συστολικής, της διαστολικής και της μέσης πίεσης.
 5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου επανάληψης της μέτρησης από 1' έως 480' .
 6. Οι μετρήσεις της αναίμακτης πίεσης να γίνονται είτε κατ' επίκληση, είτε αυτόματα, είτε συνεχώς.
 7. Να διαθέτει σύστημα ασφάλειας από υπερβολική πίεση περιχειρίδας.
 8. Να μετρά και να απεικονίζει τον καρδιακό ρυθμό.
 9. Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και σε οποιοδήποτε συνθήκες φωτισμού με δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας.
 10. Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου - για μεγάλη διάρκεια ζωής και χωρίς φαινόμενο μνήμης - με αυτονομία 12 ωρών κατ'ελάχιστο, με όλες τις παραμέτρους σε λειτουργία. Ο φορτιστής της μπαταρίας να είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα.
 11. Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για λειτουργία 100-240V /50-60HZ.
 12. Να έχει μικρές διαστάσεις για να μεταφέρεται εύκολα.
 13. Να διαθέτει τροχήλατο του κατασκευαστικού οίκου .
 14. Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
 15. Κατά την παράδοση να συνοδεύεται από cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παιδών, καθώς και σωλήνα σύνδεσης της περιχειρίδας με το πιεσόμετρο.
 16. Να διαθέτει CE Mark και έγκριση FDA.
 17. Η συσκευή να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών.

10. ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ**10.1 Να συνοδεύεται με**

- Μάσκα αερισμού σιλικόνης
- Ρεζερβουάρ Οξυγόνου
- Σωλήνα σύνδεσης οξυγόνου
- Κατάλληλη για ενήλικες βάρους ≥ 30 Kgr
- Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης: $60 \pm 5 \text{cmH}_2\text{O}$
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C έως 50°C
- Κατασκευή από σιλικόνη
- Να μην περιέχει Latex
- Σήμανση CE
- **Εγγύηση:** Έως 2 έτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Σάμο και στα γραφεία του Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω υπογραφόμενοι αφενός ο κ. Γλαρός Γεώργιος Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού και αφ' ετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «.....» με έδρα και ΑΦΜ, εφ' εξής καλούμενος ως "προμηθευτής" έχοντας υπόψη:

1. Τον Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 28-05-2021 σύμφωνα με την διακήρυξη **01/2021** του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας και αφορούσε την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το έργο της «Μονάδα Ανάπτυξης Τεχνητού Νεφρού»
2. Το υπ' αριθμ.σχετικό πρακτικό δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ με ΑΔΑ:
3. Το υπ' αριθμ.σχετικό πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ με ΑΔΑ:.....
4. Το υπ' αριθμ..... πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας που αφορούσε την εταιρεία «.....» και όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ με ΑΔΑ:..... του Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας, κατά την οποία ορίσθηκε μειοδότης, ο δεύτερος των συμβαλλομένων.
5. Την με **α/α** απόφαση καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΔΑ :εις βάρος του ΚΑΕ 9349 .

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στο δεύτερο την προμήθεια των πιο κάτω ειδών:

A/A	ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ					
ΦΠΑ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					

- **ΠΟΣΟΤΗΤΑ:** Η παραπάνω γραμμένη . Οι τιμές των ειδών νοούνται για παράδοση αυτών στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
- **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :** Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν δικής μας παραγγελίας, στις αποθήκες του Νοσοκομείου, σε ώρες των διοικητικών υπηρεσιών, και εντός τριών ημερών (03) από την παραγγελία.
- **ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :** Το Νοσοκομείο, τα δε έξοδα μεταφοράς μέχρι εκεί βαρύνουν τον προμηθευτή.
- Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα έχει οριστεί για το σκοπό αυτό και θα ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.
- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στον Ν.4412/2016.
- **Ο προμηθευτής υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις:**
 - - Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%
 - Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
 - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ
 - Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%
 - Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ
 - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΑΕΠΠ
 - Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
 - Φόρος προμηθευτών 4%

Ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή

προμηθειών του Νοσοκομείου) , το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, συμφώνως άρθρου 208, παρ.4 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, συμφώνως άρθρου 209 Ν.4412/2016, επιβάλλεται εις βάρος του Προμηθευτή πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, συμφώνως άρθρου 207 Ν.4412/2016.

- Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ** : Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της για ένα (1) χρόνο, δηλ. από
- Ο προμηθευτής ως προς την διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Σάμου.
- Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους και τις υποχρεώσεις του παρόντος συμφωνητικού και ότι αναλαμβάνει την προμήθεια των πιο πάνω ειδών στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας.

Αφού γράφτηκε το παρόν διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται σε δυο αντίγραφα ως εξής:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ